



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 imienia doktora Kazimierza Hołogi
 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
 tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
 e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl

NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



SPZOZ_NT/DZP/PN/04/15

Nowy Tomyśl, dn. 10.01.2015r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 imienia doktora Kazimierza Hołogi
 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
 REGON 639820004 NIP 788-17-50-689
 TEL. 061 4427300, FAX. 061 4422152
 30-00361

**Uczestnicy postępowania
 przetargowego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Sprawa dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu RTG.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa aparatu RTG”, zawarte w piśmie Wykonawcy przesłanym w dniu 09.04.2015, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1. z dnia 09.04.2015r.:

Pytanie 1

Załącznik Nr 1A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

H. RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH

H.7 Automatyczne podążanie detektora za ruchem lampy góra – dół

H.8 Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu

A.5 Aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i stojakiem z możliwością autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania

W związku z powyższymi wymogami prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie punktował automatyczne podążanie detektora w statywie za ruchem lampy lewo- prawo wzdłuż osi długiej stołu i automatycznego podążanie lampy za zmianami położenia statywu wzdłuż osi długiej stołu.

Powyższy wymóg jest niezbędny dla całkowitej automatyzacji procesu pozycjonowania aparatu rtg, a tym samym skrócenia czasu niezbędnego do wykonania badania.

W przypadku negatywnej odpowiedzi technik rtg będzie zmuszony do przesuwania ręcznie statywu wzdłuż osi długiej stołu nawet na odległość 5m.

Proponowany zapis:

Automatyczne podążanie detektora w statywie za ruchem lampy lewo- prawo wzdłuż osi długiej stołu i automatycznego podążanie lampy za zmianami położenia statywu wzdłuż osi długiej stołu

Tak/Nie Tak-30 pkt. Nie-0pkt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje Zał. 1A Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie pkt. H.19

19	Automatyczne podążanie detektora w statywie za ruchem lampy lewo- prawo wzdłuż osi długiej stołu i automatycznego podążanie lampy za zmianami położenia statywu wzdłuż osi długiej stołu	Tak/Nie	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt	
----	--	---------	--------------------------------	--

Pytanie 2

Zamawiający wymaga:

A. WARUNKI PODSTAWOWE

Pkt.4 Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta. **Tak / Nie Tak- 30 pkt. Nie- 0 pkt.**

Czy Zamawiający będzie tożsamo punktował rozwiązanie gdzie, Aparat RTG, tj. generator, detektor cyfrowy, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane są przez tego samego producenta? Pragniemy zwrócić uwagę, że detektor cyfrowy jest najważniejszym elementem aparatu rtg, gdzie powstaje finalny efekt pracy aparatu rtg, czyli obraz i to od jego jakości powinna zależeć ocena aparatu.

Jednocześnie prosimy o zmianę zapisu na następujące:

Pkt.4 Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, detektor, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta.

Min. 4 elementy tego samego producenta - 30 pkt. Nie- 0 pkt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę zapisów SIWZ. Zamawiający modyfikuje zapis ww. punktu w następujący sposób:

4	Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta.		Tak / Nie	Tak- 20 pkt. Nie- 0 pkt.	
---	---	--	-----------	-----------------------------	--

Pytanie 3

Zamawiający wymaga:

I.5

Regulacja jasności i kontrastu obrazów

Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszką obszaru /programu anatomicznego

Prosimy o modyfikację zapisu na następujące:

Regulacja jasności i kontrastu obrazów

Wymaganie w poprzednim przetargu było bardziej ogólne, a jego rozszerzenie w aktualnym brzmieniu ogranicza konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w pkt I. 5 i dodaje pkt. I. 5a :

5	Regulacja jasności i kontrastu obrazów		Tak		
5a	Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszką obszaru /programu anatomicznego		Tak/Nie	TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt	

Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ:

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu zmian (modyfikacji) w treści Zał. nr 1A Opis przedmiotu zamówienia. **Treść zmienionego załącznika Zamawiający umieścił na stronie internetowej.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Holog
w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak