

SPZOZ_NT/DZP/ZO/07 /18

**Załącznik Nr 2
do Zapytania ofertowego****UMOWA – PROJEKT**

zawarta w dniu w Nowym Tomyszu pomiędzy **Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi** z siedzibą w Nowym Tomyszu przy ul. Poznańskiej 30, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003613, NIP: 788-17-50-689,
w imieniu którego działa :

..... – **Dyrektor SP ZOZ**

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

.....
z siedzibą w
reprezentowanym przez :

1. -
2. -

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą

Wyboru Dostawcy dokonano na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.), (dalej „ustawa Pzp”) na zadanie „Dostawa ssaka elektrycznego oraz aparatu EKG” nr postępowania SPZOZ_NT/DZP/ZO/ 07 /18.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa urządzenia Nazwa firmy (*) model/ typ..... rok produkcji 2018, spełniającego parametry techniczne i posiadającego wyposażenie określone w Zapytaniu ofertowym i załączniku nr 1 do umowy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zgodnie z Ofertą Dostawcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do umowy.
3. Urządzenie będące przedmiotem umowy posiada świadectwo rejestracji dopuszczające do obrotu i atest zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) (dla urządzeń medycznych) oraz posiada znak CE .
4. Przedmiot umowy Dostawca dostarczy w terminie **do 14 dni od podpisania umowy**. Za datę dostawy przyjmuje się datę bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, sporządzonym i podpisanym z udziałem obu Stron.
5. Miejsce dostawy: Szpital Powiatowy w Nowym Tomyszu ul. Sienkiewicza 3 64-300 Nowy Tomyśl Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu:
6. Dostawca zawiadomi (fax, e-mail) Zamawiającego o terminie planowanej dostawy.

§ 2.

1. W ramach umowy Dostawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:
 - a) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego;
 - b) dostawy urządzeń gotowych do użycia,

- c) w momencie przekazania sprzętu dostarczyć kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim i informacje niezbędne do wypełnienia dokumentu paszportu technicznego sprzętu;
- d) udzieli min. 24 miesięcy gwarancji i rękojmi na urządzenie z wyposażeniem licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu oraz zapewni w tym okresie pełny serwis i przeglądy na swój koszt; na warunkach określonych w § 4 niniejszej umowy

§ 3.

1. Całkowita cena brutto przedmiotu umowy wynosi: zł.
słownie: zł i zawiera wszelkie koszty i opłaty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
3. Fakturę należy wystawić na **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-17-50-689** i dostarczyć w terminie max. 2 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.
4. Faktura będzie płatna w terminie do **30** dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze.
3. Wszelkie płatności z tytułu niniejszej umowy dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Dostawcy wskazane na fakturze.
4. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia w ciągu 24 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania urządzenia.
2. Bieg terminu gwarancji dostarczonego przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 .
3. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się :
 - a) w przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 48 godzin w dni robocze.
 - b) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego usterki dostarczonego urządzenia lub jego wyposażenia (niewielka wada powodująca zakłócenia w pracy urządzenia oraz wymagająca wymiany standardowych części o niskiej wartości) w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Za zgłoszenie rozumie się zgłoszenie telefoniczne, za pomocą fax-u lub pocztą elektroniczną.
 - c) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego awarii dostarczonego urządzenia lub jego wyposażenia (uszkodzenie urządzenia powodujące jego niesprawność, uniemożliwiające jego funkcjonowanie lub powodujące jego unieruchomienie) w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 14 dni roboczych od zgłoszenia;
 - d) w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wymienić na nowy element (moduł/podzespół), który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady.
4. W okresie gwarancji o której mowa w ust. 1 Dostawca na własny koszt usunie niezwłocznie wszystkie wady, jak również w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, dokona wszelkich przeglądów okresowych i modyfikacji zalecanych przez producenta urządzenia potwierdzone każdorazowo wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Wszelkie koszty (w tym koszty elementów zużywalnych) związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi

przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Wykonawca.

5. Dostawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wykonywania wymaganych przez producenta urządzenia przeglądów okresowych urządzenia (min. 1 przegląd na koniec okresu gwarancji) potwierdzonych wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
6. Dostawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań.
7. Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany (przekraczająca 5 dni roboczych) powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta.
8. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego elementu /podzespołu.
9. Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później.
10. Dostawca będzie wykonywał serwis Urządzenia jedynie poprzez osoby posiadające uprawnienia wymagane przez producenta Urządzenia, w szczególności wymagane dla świadczenia naprawy gwarancyjnej oraz w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
11. Dane dotyczące serwisanta Urządzenia –.....
12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie jest wyłączona.
13. Po okresie gwarancyjnym Dostawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy przez okres min. 8 lat i sprzedaż części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
14. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych przedmiotu zamówienia, Dostawca zobowiązany jest do wymiany produktu zamówienia na wolny od wad, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 5.

1. Strony ustalają wysokość kar umownych w przypadku:
 - a) niedotrzymania terminu, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 3 w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
 - b) opóźnienia w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji, w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterki,
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w dokonaniu naprawy przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym - w wysokości 0,3 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - d) za opóźnienie w dokonaniu wymiany na nowy element lub urządzenie - w wysokości 0,3 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - e) odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca – Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw odpowiada Dostawca w pełnym zakresie do wartości rzeczywiście poniesionej i udowodnionej szkody.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

§ 6.

1. Niewykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych przez Zamawiającego, w szczególności dotyczących płatności, nie może być podstawą odmowy świadczenia ze strony Dostawcy, w

szczegółności w zakresie świadczeń serwisowych lub gwarancyjnych i nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy z tego tytułu.

2. Dostawcy nie przysługuje prawo potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z wierzytelnościami Zamawiającego wobec Dostawcy.
3. Strony wyłączają możliwość dokonania cesji wierzytelności przysługujących Dostawcy wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 7.

1. Dostawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego nie wolno przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowią:

- Zapytanie ofertowe z załącznikami,
- oferta Dostawcy wraz z załącznikami

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

(*) Treść umowy zostanie uzupełniona zgodnie z ofertą Dostawcy

Zał. nr 1 do umowy nr

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (* dla odpowiedniej części zamówienia)

Pakiet nr 1 Ssak elektryczny (1 szt)

Wymagania minimalne:

Ssak elektryczny (**1 kpl**) na małym wózku, przystosowany do stosowania na salach operacyjnych, z 2l. kanistrem kompatybilny z systemem Serres na wkłady **jednorazowe** i poliwęglanowym naczyniem kontrolnym o poj. ok. 0,8l. o następujących parametrach technicznych:

- Wydajność min. 40 l/min
- Zakres regulacji podciśnienia do 0,85 bar (-0,085 MPa)
- Pojemność słoju ssących ok. 0,8 l
- Głośność poniżej 54 dB
- Masa wyrobu do 4,5 kg
- Wymiary max. 260 x 360 x 350 mm
- Zasilanie 230V / 50Hz
- Klasa izolacji I
- Część aplikacyjna typ BF

Wyposażenie ssaka:

Wózek – 1 szt

2l kanister na wkłady jednorazowe kompatybilny z systemem Serres -1 szt.

Naczynie kontrolne poliwęglanowe o poj. ok. 0,8l z zaworem zabezpieczającym i filtrem - 1szt.

Przewód ssący silikonowy fi.7 min. 1,5m - 1 szt.

Zapasowe filtry antybakteryjne - 1op./min. 20 szt.

Pakiet nr 2 Aparat EKG (1 szt)

Wymagania minimalne:

- rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG
- podczas badania automatycznej funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu
- wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia
- wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG
- prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
- wydruk 1 lub 3 przebiegów EKG wybranej grupy
- możliwość dołączenia imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG
- wydruk w trybie 1 lub 3 przebiegów EKG
- klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
- graficzne menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury
- automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta
- pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000
- wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej
- ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu
- automatyczna detekcja zespołów QRS
- aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu
- filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz
- filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
- filtr izolacji; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz
- detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody
- wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca
- grubość wydruku linii krzywych EKG do wyboru: normalna lub pogrubiona
- prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera
- menu w języku polskim,
- zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC

- dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń
- zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym
- wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku
- badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu (oddziału)
- funkcje oszczędności energii akumulatora
- wymiary (D x S x W): 220 x 153 x 55 mm (+/- 20 mm)
- waga: < 0,8 kg

Wyposażenie aparatu EKG:

- elektrody kończynowe min 4 sztuki (typ EKK)
- elektrody przedsercowe min. 6 sztuk (typ EPP)
- kabel EKG
- zasilacz sieciowy medyczny
- instrukcja użytkowania
- wózek do aparatu

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA